

**Hinweis der Technischen Kommission der DGKN zur Verwendung artfremder Elektroden für die Messung elektrophysiologischer Signale (EEG, evozierte Potentiale, NLG etc.)**

Die Technische Kommission der DGKN weist darauf hin, dass zur Messung elektrophysiologischer Signale ausschließlich solche Nadeln als Elektroden verwendet werden dürfen, die laut CE-Zertifizierung explizit für diesen Zweck zugelassen sind.

Auf dem Markt werden unter anderem äußerlich ähnliche Nadeln angeboten (z.B. Insektennadeln, Akupunkturnadeln etc.), die entweder keine CE-Zertifizierung aufweisen oder aber laut CE-Zertifikat für andere Zwecke, nicht aber elektrophysiologische Messungen zugelassen sind. Diese Produkte dürfen für die oben genannten Messungen nicht eingesetzt werden.

Technische Kommission der DGKN  
Gabriel Curio  
Ralf Dernbach  
Jens Haueisen  
Hermann Hinrichs (Vorsitzender)  
Klaus Lehnertz

04.04.2011